



Ficha do ensaio de proteína sérica Refractrol-SP

Descrição do produto: Refractrol-SP Low
Número de material: 84652
Lote: 10735156
Prazo de validade: 21 MAR 2028
Temperatura de armazenamento: Temperatura ambiente (tipicamente 15–30 °C)

Valores de ensaio obtidos para os modelos digital e analógico Reichert com compensação de temperatura:

Concentração média	Incerteza	Unidades
4.8	+/- 0,4	g/dl

Teste de CQ:


Valores de ensaio obtidos para os modelos Atago quando operados à temperatura ambiente:

Concentração média	Incerteza	Unidades
4.5	+/- 0,6	g/dl

Precauções de segurança:


Use precauções universais ao manusear este material.

Aprovação:


Preparado em

19 JUN 2025

Data


Verificado pelo CQ em

19 Jun 2025

Data