



Fiche du test des protéines sériques Refractrol-SP

Description du produit : Refractrol-SP Normal

Numéro de matériel : 84653

Lot : 10735157

Date de péremption : 21 MAR 2028

Température de stockage : Température ambiante (généralement 15-30 °C)

Valeurs de test obtenues pour les modèles numériques et analogiques Reichert compensés en température :


Concentration moyenne	Incertitude	Unités
7.8	+/- 0,4	g/dl

Tests de CQ : Valeurs de test obtenues pour les modèles Atago lorsqu'ils sont utilisés à température ambiante :


Concentration moyenne	Incertitude	Unités
7.5	+/- 0,6	g/dl

Précautions de sécurité : Observer les précautions universelles lors de la manipulation de ce matériel.

Approbation :


Préparé par

19 JUN 2025
Date


AQ vérifiée par

19 Jun 2025
Date