


AccuPlex™ SARS-CoV-2

Génome complet avec ARNc

Kit de contrôles positifs 1500 cp/ml



LGC Clinical Diagnostics, Inc. | 37 Birch Street, Milford, MA 01757 USA
N téléphone: +1 508.244.6400 | mailto:CDx-Info@LGCGroup.com

MEDIMARK® Europe
11, rue Émile Zola BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2 – France
+ 33 (0) 4 76 86 43 22
info@medimark-europe.com

13775F-02

Octobre 2021

Légende des symboles utilisés sur les étiquettes des produits LGC Clinical Diagnostics



Limite de température supérieure



Limite de température



Représentant autorisé établi dans la
Communauté européenne



Risques biologiques



Date de péremption



Dispositif médical de diagnostic *in vitro*



Contrôle négatif



Numéro de référence



Consulter le mode d'emploi



Contrôle positif



Code du lot



Fabricant



Contrôle

F | CES RÉACTIFS NE DOIVENT PAS REMPLACER LES RÉACTIFS DE CONTRÔLE POSITIFS ET NÉGATIFS PRESCRITS QUI SONT FOURNIS AVEC LES KITS DE TESTS STANDARD.



AccuPlex™ SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc

Kit de contrôles positifs 1500 cp/ml

APPELLATION ET UTILISATION PRÉVUE

Le kit de contrôles positifs AccuPlex™ SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc, 1500 cp/ml est formulé pour une utilisation avec les méthodes de test diagnostique *in vitro* qui détectent le virus SARS-CoV-2, l'agent étiologique responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les contrôles ont pour fonction d'estimer la précision des analyses de laboratoire et ils peuvent servir à détecter des erreurs dans ces procédures. Les contrôles AccuPlex sont des virus recombinants non répliqués prévus pour évaluer les performances de l'ensemble du processus d'un test moléculaire. AccuPlex peut être utilisé pour évaluer les performances et la précision d'un test à toutes les étapes du processus, car il s'agit de virus encapsulés qui doivent être extraits et amplifiés. *Pour le diagnostic in vitro.*

SOMMAIRE

L'analyse fréquente d'échantillons indépendants pour le contrôle de la qualité donne à l'analyste un moyen de surveiller la performance de ses tests de laboratoire. Une utilisation régulière des contrôles permet aux laboratoires de surveiller les variations entre les tests d'un jour à l'autre, la performance des kits de tests d'un lot à l'autre et les variations dues aux opérateurs ; elle peut également aider à identifier un accroissement des erreurs fortuites ou des erreurs systématiques. Un programme de contrôle de la qualité bien conçu permet d'avoir plus de confiance en la fiabilité des résultats obtenus pour des échantillons inconnus. L'usage d'échantillons à faible réactivité comme contrôles indépendants peut fournir des informations précieuses sur la compétence du laboratoire et la variation entre les lots de kits qui peuvent affecter la sensibilité des tests¹.

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc a été conçu pour être utilisé avec les procédures d'analyse *in vitro* dans le cadre du contrôle des performances du test. Ce produit contient des Alphavirus recombinants. Le kit comprend 81 flacons de contrôles positifs contenant des particules de virus recombinants avec des séquences du génome complet du SARS-CoV-2. Les séquences sont basées sur le numéro d'accès GenBank NC_045512.2. Comme l'échantillon patient, ce matériel doit subir un processus d'extraction.

Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc n'a pas de valeurs assignées. Le contrôle a une formulation ciblée de 1500 copies/ml mesurée par PCR numérique couplée à une transcription inverse afin de fonctionner comme contrôle positif dans les tests qui détectent l'ARN du SARS-CoV-2. Le Tableau 1 présente des données représentatives à titre indicatif. Les performances spécifiques varient en fonction des marques de test, des procédures utilisées, des numéros de lots des réactifs et des laboratoires.

RÉACTIFS

N° d'article 0505-0220

81 flacons de 0,3 ml

Le produit est formulé dans un milieu de transport viral composé de tampon Tris salin (TBS) avec ajout de glycérol, d'agents antimicrobiens et de protéines plasmatiques humaines.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Pour le diagnostic *in vitro*.

MISE EN GARDE : Les virus recombinants utilisés pour produire le contrôle positif AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc sont déficients pour la réplication et thermo-traités. Il convient cependant de manipuler les produits AccuPlex et tous les produits à base de sang humain comme s'ils pouvaient transmettre des agents infectieux.

Précautions de sécurité

Suivre les précautions universelles recommandées par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, États-Unis (CDC, Centers for Disease Control) au cours de la manipulation des contrôles AccuPlex². Ne pas prélever par pipette en aspirant par la bouche ; ne pas manger ou boire dans les aires de travail où des échantillons sont manipulés. Nettoyer toute substance répandue en l'essuyant immédiatement à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution d'hypochlorite de sodium à 0,5 %. Jeter tous les échantillons, contrôles et matériel ayant été utilisés dans le cadre de tests comme s'ils contenaient des agents infectieux.

Précautions à prendre au cours de la manipulation

Ne pas utiliser le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc après sa date de péremption. Éviter la contamination microbienne des contrôles lors de l'ouverture et de la fermeture des flacons.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker le contrôle positif AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ne pas l'exposer à plusieurs cycles de congélation/décongélation. Les flacons sont à usage unique. Jeter après la première utilisation. Pour empêcher toute fuite, stocker les flacons debout.

INDICATIONS D'INSTABILITÉ OU DE DÉTÉRIORATION DES RÉACTIFS

La modification de l'apparence physique des contrôles AccuPlex peut indiquer qu'ils sont devenus instables ou qu'ils se sont détériorés. Mettre au rebut les solutions visiblement troubles.

PROCÉDURE

Matériel fourni

Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc contient des particules de virus recombinants dans un milieu de transport viral. Consulter RÉACTIFS pour connaître la taille du conditionnement.

Matériel nécessaire, mais non fourni

Se reporter aux instructions fournies par les fabricants des kits de tests utilisés.

Mode d'emploi

Laisser le flacon de produit atteindre la température ambiante avant utilisation. Mélanger au vortex pour assurer une suspension homogène. Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 doivent être ajoutés à une série analytique en se conformant à la procédure relative aux échantillons inconnus fournie par le fabricant. Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 doivent subir un processus d'extraction avant la détection par PCR. Traiter le produit conformément aux instructions pour les échantillons inconnus fournies par le kit de test ou aux procédures opérationnelles standard du laboratoire. Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 ne doivent PAS remplacer les réactifs de contrôle positifs et négatifs fournis avec les kits de tests standard.

Contrôle qualité

Étant donné que les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 n'ont pas de valeurs assignées, il est recommandé que chaque laboratoire valide l'utilisation de chaque lot du kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc avec chaque système de test spécifique avant de l'utiliser systématiquement dans le laboratoire.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les niveaux de réactivité du contrôle positif AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc peuvent varier selon le fabricant du test et d'un lot de kit de test à l'autre. Ce produit contient une formulation ciblée de 1500 copies/ml mesurée par PCR numérique couplée à une transcription inverse. Chaque lot est analysé à l'aide des amorces/sondes du 2019-nCoV décrites dans la publication correspondante des CDC américains et sur la base de protocoles de test similaires à ceux décrits dans les instructions d'utilisation publiées par les CDC³. Les contrôles positifs donnent des résultats positifs pour ces tests. Noter que le contrôle positif peut contenir des traces de RNase P et peut donc produire un résultat positif pour la RNase P en raison de la présence d'un composant plasmatique humain dans la matrice du produit ; il n'est donc pas conçu ou prévu pour être utilisé comme contrôle pour la RNase P.

Si les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 ne fonctionnent pas comme prévu, cela peut être le signe d'une performance insatisfaisante du test. Les sources d'erreur possibles comprennent : la détérioration des réactifs du kit de tests, une erreur de l'opérateur, une mauvaise performance de l'appareillage ou la contamination des réactifs.

LIMITATIONS DE LA PROCÉDURE

Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc NE DOIT PAS REMPLACER LES RÉACTIFS DE CONTRÔLE POSITIFS ET NÉGATIFS FOURNIS AVEC LES KITS DE TESTS STANDARD. Les informations relatives aux PROCÉDURES DE TEST ainsi qu'à l'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS fournies par les fabricants des kits de tests doivent être strictement respectées. Toute déviation par rapport aux procédures recommandées par les fabricants des kits de tests peut produire des résultats non fiables. Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 sont fournis à des fins d'assurance qualité et ne doivent pas être utilisés pour l'établissement ou en tant que préparation de référence principale au cours d'une quelconque procédure de test. Les caractéristiques de performance des contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 ont été établies uniquement pour les tests d'amplification d'acides nucléiques (ARN uniquement). De mauvaises conditions de transport et de stockage ou l'utilisation de contrôles périmés peuvent produire des résultats erronés.

RÉSULTATS ANTICIPÉS

Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 N'ONT PAS DE VALEURS ASSIGNÉES. Les niveaux de réactivité spécifiques varient en fonction des tests de fabricants, des procédures utilisées, des numéros de lots des réactifs et des laboratoires. Les procédures de mise en œuvre d'un programme d'assurance qualité et de surveillance de la performance des tests sur une base régulière doivent être établies individuellement par chaque laboratoire. Chaque laboratoire doit établir sa propre plage de valeurs acceptables, selon les besoins. Par exemple, la plage acceptable peut inclure toutes les valeurs se situant à deux écarts types ou moins d'une moyenne de 20 points de données obtenus dans 20 séries au cours d'une période de 30 jours⁴.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE SPÉCIFIQUES

Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc a été conçu pour être utilisé avec les procédures d'analyse *in vitro* dans le cadre du contrôle des performances du test. Les contrôles sont prévus pour être utilisés uniquement avec les tests de détection d'acides nucléiques. Le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc contient des particules de virus recombinants dans un milieu de transport viral. Les contrôles moléculaires AccuPlex SARS-CoV-2 n'ont pas de valeurs assignées. Les niveaux de réactivité spécifiques varient en fonction des marques de test, des procédures utilisées, des numéros de lots des réactifs et des laboratoires. Les procédures de mise en œuvre d'un programme d'assurance qualité et de surveillance de la performance des tests sur une base régulière doivent être établies individuellement par chaque laboratoire.

RÉFÉRENCES

- Green IV GA, Carey RN, Westgard JO, Carlen T, Shablesky LA, Achord D, Page E, and Le AV. Quality control for qualitative assays: quantitative QC procedure designed to assure analytical quality required for an ELISA for hepatitis B surface antigen. Clin. Chem. 43:9 1618-1621, 1997.
- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings.
- CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Diagnostic Panel Instructions for use. CDC-006-00019 Revision: 01. Effective 2/4/2020.
- Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline - Second Edition. NCLC document C24-A2, 1999.

Tableau 1. Données représentatives pour le kit de contrôles positifs AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc, 1500 cp/ml. Pour référence uniquement.

Fabricant/nom du test	Composant du produit	Résultat
Test élaboré en laboratoire utilisant les amorces et les sondes de PCR en temps réel pour 2019-nCoV recommandées par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis)	Contrôle positif AccuPlex SARS-CoV-2 - Génome complet avec ARNc, 1 500 cp/ml	Positif

Pour obtenir de l'aide, appeler le service technique de LGC Clinical Diagnostics au +1.508.244.6400.

Tout événement grave se produisant en relation avec le dispositif doit être signalé au service technique de LGC Clinical Diagnostics, et si utilisé dans l'UE, à l'autorité compétente de l'État membre où s'est déroulé l'événement.