



Certificat de contrôle qualité

Description du produit : Optitrol NAT HBV Screening

Numéro de référence : NT01011

N° de lot : 10800386 (Boîte)

10800209 (Flacon)

Date de péremption : 30 nov. 2027

Application : Pour le diagnostic *in vitro*

Conservation : ≤ -20 °C

Marqueur viral humain : Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humains traités, positifs pour l'ADN du VHB.


Les solutions mères de VHB ont été inactivées par rayonnement gamma.

CE 2797 : Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

Commercialisation du lot : Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.

Approbation :


Assurance qualité


Date