


Πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας

Περιγραφή του προϊόντος:	Optitrol NAT HBV Screening
Αριθμός καταλόγου:	NT01011
Παρτίδα:	10801906 (Κουτί) 10801903 (Φιαλίδιο)
Ημερομηνία λήξης:	31 Ιαν 2028
Εφαρμογή:	Για <i>in vitro</i> διαγνωστική χρήση
Φύλαξη:	≤ -20 °C
Ανθρώπινος ιικός δείκτης:	Οι μάρτυρες παρασκευάζονται από επεξεργασμένο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό θετικό για DNA του HBV. Τα υλικά αποθέματος HBV αδρανοποιήθηκαν με ακτινοβολία γάμμα.
CE 2797:	Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται και διανέμεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Αποδέσμευση παρτίδας:	Η παρτίδα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με έγκυρες οδηγίες. Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια προδιαγραφών και αποδεσμεύτηκε προς πώληση.

Έγκριση:


Διασφάλιση ποιότητας


Ημερομηνία