

## Certyfikat kontroli jakości

**Opis produktu:** Optitrol NAT HBV Screening

**Numer katalogowy:** NT01012

**Seria:** 10801905 (pudełko)

10801903 (fiolka)

**Data wa no ci:** 31 Sty 2028

**Zastosowanie:** Do diagnostyki *in vitro*

**Przechowywanie:** ≤-20°C

**Ludzki marker wirusowy:**

Te kontrole są przygotowywane z przetworzonego ludzkiego osocza lub surowicy dodatniej pod kątem DNA wirusa HBV.

Materiały podstawowe wirusa HBV zostały inaktywowane promieniowaniem gamma.

**CE 2797:**

Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

**Wydanie partii:**

Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

**Zatwierdzenie:**



22 May 2026

Zapewnienie jakości

Data