

Kvalitetskontrollcertifikat

Produktbeskrivning: Optitrol NAT HBV Screening

Katalognummer: NT01012

Lot: 10801905 (Kartong)

10801903 (Injektionsflaska)

Utgångsdatum: 31 Jan 2028

Applicering: För *in vitro*-diagnostisk användning

Förvaring: ≤ -20 °C

Human viral markör: Kontrollerna är preparerade från bearbetad human plasma eller serum som är positivt för HBV DNA.

Material från HBV-stam avaktiverades med gammastrålning.

CE 2797: Denna produkt tillverkas och distribueras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för *in vitro*-diagnostik.

Satsutsläpp: Loten har testats enligt giltiga anvisningar. Det uppfyller alla nödvändiga specifikationskriterier och släpptes för försäljning.

Godkännande:



Kvalitetssäkring

22 May 2026

Datum