

## Πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας

<b>Περιγραφή του προϊόντος:</b>	Optitrol NAT HBV Screening
<b>Αριθμός καταλόγου:</b>	NT01012
<b>Παρτίδα:</b>	10810214 (Κουτί) 10810213 (Φιαλίδιο)
<b>Ημερομηνία λήξης:</b>	30 Απρ 2028
<b>Εφαρμογή:</b>	Για <i>in vitro</i> διαγνωστική χρήση
<b>Φύλαξη:</b>	≤ -20 °C
<b>Ανθρώπινος ιικός δείκτης:</b>	Οι μάρτυρες παρασκευάζονται από επεξεργασμένο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό θετικό για DNA του HBV. Τα υλικά αποθέματος HBV αδρανοποιήθηκαν με ακτινοβολία γάμμα.
<b>CE 2797:</b>	Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται και διανέμεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
<b>Αποδέσμευση παρτίδας:</b>	Η παρτίδα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με έγκυρες οδηγίες. Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια προδιαγραφών και αποδεσμεύτηκε προς πώληση.
<b>Έγκριση:</b>	



Διασφάλιση ποιότητας

28 May 2026

Ημερομηνία