



## Certificato di Controllo qualità

**Descrizione del prodotto:** Optitrol NAT HCV Screening

**Numero di catalogo:** NT01021

**Lotto:** 10806734 (scatola)

10806428 (fiala)

**Data di scadenza:** 30 Nov. 2027

**Applicazione:** Per uso diagnostico *in vitro*

**Conservazione:** Da -20 °C a -40 °C

**Marcatore virale umano:** I controlli sono preparati a partire da plasma o siero umano trattato positivo per l'RNA dell'HCV.

I materiali in stock di HCV sono stati inattivati mediante radiazioni gamma.

**CE 2797:** Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

**Rilascio lotto:** Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

**Approvazione:**

  
Verifica della qualità

  
Data