



Kvalitetskontrollcertifikat

Produktbeskrivning: Optitrol NAT HCV Screening

Katalognummer: NT01022

Lot: 10816886 (Kartong)

10816885 (Injektionsflaska)

Utgångsdatum: 29 febr. 2028

Applicering: För *in vitro*-diagnostisk användning

Förvaring: -20 °C till -40 °C

Human viral markör: Kontrollerna är preparerade från bearbetad human plasma eller serum som är positivt för HCV RNA.

Material från HCV-stam avaktiverades med gammastrålning.

CE 2797:

Denna produkt tillverkas och distribueras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för *in vitro*-diagnostik.

Satsutsläpp:

Loten har testats enligt giltiga anvisningar. Det uppfyller alla nödvändiga specifikationskriterier och släpptes för försäljning.

Godkännande:

Kvalitetssäkring

23 JUN 2026

Datum