



Certifikát kontroly kvality

Popis produktu: Optitrol NAT HCV Screening

Katalogové číslo: NT01022

Šarže: 10816884 (krabice)

10816883 (lahvička)

Datum expirace: 29. února 2028

Použití: Pro diagnostické použití *in vitro*


Uchovávání: -20 °C až -40 °C


Lidský virový marker: Kontroly jsou připraveny ze zpracované lidské plazmy nebo séra pozitivního na RNA HCV.
Zásobní materiál HCV byl inaktivován gama zářením.

CE 2797: Tento produkt se vyrábí a distribuuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*.

Uvolnění šarže: Šarže byla testována podle platných pokynů. Splňuje všechna požadovaná specifikační kritéria a byla uvolněna do prodeje.

Schválení:


Zajištění kvality


Datum