

Certificat de contrôle qualité

Description du produit : Optitrol NAT HIV Screening

Numéro de référence : NT01031

N° de lot : 10801908 (Boîte)

10801907 (Flacon)

Date de péremption : 31 janv.2028

Application : Pour le diagnostic *in vitro*

Conservation : -40 °C à -20 °C

Marqueur viral humain :

Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humains traités, positifs pour l'ARN du VIH.

Les solutions mères de VIH ont été inactivées par rayonnement gamma.

CE 2797 :

Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

Commercialisation du lot :

Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.

Approbation :



Assurance qualité

14 JUN 2026

Date