

Certyfikat kontroli jako ci

Opis produktu: Optitrol NAT HIV Screening

Numer katalogowy: NT01031

Seria: 10801908 (pudełko)

10801907 (fiolka)

Data wa no ci: 31 Sty 2028

Zastosowanie: Do diagnostyki *in vitro*

Przechowywanie: Od -40 do -20°C

Ludzki marker wirusowy:

Te kontrole są przygotowywane z przetworzonego ludzkiego osocza lub surowicy dodatniej pod kątem RNA wirusa HIV.

Materiały podstawowe HIV zostały inaktywowane promieniowaniem gamma.

CE 2797:

Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

Wydanie partii:

Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

Zatwierdzenie:



14 JUN 2026

Zapewnienie jakości

Data