

Kvalitetskontrollcertifikat

Produktbeskrivning: Optitrol NAT HIV Screening

Katalognummer: NT01031

Lot: 10801908 (Kartong)

10801907 (Injektionsflaska)

Utgångsdatum: 31 jan. 2028

Applicering: För *in vitro*-diagnostisk användning

Förvaring: -40 °C till -20 °C

Human viral markör: Kontrollerna är preparerade från bearbetad human plasma eller serum som är positivt för HIV RNA.

Material från HIV-stam avaktiverades med gammastrålning.

CE 2797: Denna produkt tillverkas och distribueras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för *in vitro*-diagnostik.

Satsutsläpp: Loten har testats enligt giltiga anvisningar. Det uppfyller alla nödvändiga specifikationskriterier och släpptes för försäljning.

Godkännande:



14 JUN 2026

Kvalitetssäkring

Datum