

## Certyfikat kontroli jako ci

**Opis produktu:** Optitrol NAT HIV Screening

**Numer katalogowy:** NT01032

**Seria:** 10801910 (pudełko)

10801907 (fiolka)

**Data wa no ci:** 31 Sty 2028

**Zastosowanie:** Do diagnostyki *in vitro*

**Przechowywanie:** Od -40 do -20°C

**Ludzki marker wirusowy:** Te kontrole są przygotowywane z przetworzonego ludzkiego osocza lub surowicy dodatniej pod kątem RNA wirusa HIV.

Materiały podstawowe HIV zostały inaktywowane promieniowaniem gamma.

**CE 2797:** Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

**Wydanie partii:** Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

**Zatwierdzenie:**



03 Jun 2026

Zapewnienie jakości

Data