



Certificado de control de calidad

Descripción del producto:	Optitrol NAT HIV Screening
Número de catálogo:	NT01032
Lote:	10810224 (Caja) 10810223 (Vial)
Fecha de caducidad:	30 Abr. 2028
Aplicación:	Para uso diagnóstico <i>in vitro</i>
Almacenamiento:	De -40 °C a -20 °C
Marcador vírico humano:	Los controles se preparan a partir de muestras de plasma o suero humanos procesados positivos para ARN de VIH. Los materiales de referencia de VIH se inactivaron mediante radiación gamma.
CE 2797:	Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico <i>in vitro</i> .
Comercialización de la partida:	El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.
Aprobación:	

Control de calidad

11 JUN 2026

Fecha