

## Certificato di Controllo qualità

**Descrizione del prodotto:** Optitrol NAT HIV Screening

**Numero di catalogo:** NT01032

**Lotto:** 10810226 (scatola)

10810225 (fiala)

**Data di scadenza:** 30 Apr 2028

**Applicazione:** Per uso diagnostico *in vitro*

**Conservazione:** Da -40 °C a -20 °C

**Marcatore virale umano:** I controlli sono preparati a partire da plasma o siero umano trattato positivo per l'RNA dell'HIV.

I materiali in stock di HIV sono stati inattivati mediante radiazioni gamma.

**CE 2797:** Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

**Rilascio lotto:** Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

**Approvazione:**



Verifica della qualità

14 JUN 2026

Data