



# Certificado de control de calidad

<b>Descripción del producto:</b>	Optitrol NAT HIV-2
<b>Número de catálogo:</b>	NT01036
<b>Lote:</b>	10800094 (Caja) 10800093 (Vial)
<b>Fecha de caducidad:</b>	31 Dic. 2027
<b>Aplicación:</b>	Para uso diagnóstico <i>in vitro</i>
<b>Almacenamiento:</b>	De -40 °C a -20 °C
<b>Marcador vírico humano:</b>	El control se fabricó utilizando sobrenadantes de cultivo celular con HIV-2 intacto, inactivados por radiación gamma o tratamiento con calor.
<b>CE 2797:</b>	Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico <i>in vitro</i> .
<b>Comercialización de la partida:</b>	El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

**Aprobación:**

Control de calidad

17 JUN 2026

Fecha