


## Certificat de contrôle qualité

<b>Description du produit :</b>	Optitrol NAT HIV-2
<b>Numéro de référence :</b>	NT01036
<b>N° de lot :</b>	10800094 (Boîte) 10800093 (Flacon)
<b>Date de péremption :</b>	31 déc.2027
<b>Application :</b>	Pour le diagnostic <i>in vitro</i>
<b>Conservation :</b>	-40 °C à -20 °C
<b>Marqueur viral humain :</b>	Le contrôle a été fabriqué à l'aide de cultures cellulaires du surnageant dont le VIH-2 était intact, qui a été inactivé par rayonnement gamma ou par un procédé thermique.
<b>CE 2797:</b>	Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i> .
<b>Commercialisation du lot :</b>	Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.
<b>Approbation :</b>	



Assurance qualité

17 JUN 2026

Date