

## Certyfikat kontroli jako ci

**Opis produktu:** Optitrol NAT HIV-2

**Numer katalogowy:** NT01036

**Seria:** 10800094 (pudełko)

10800093 (fiolka)

**Data wa no ci:** 31 Gru 2027

**Zastosowanie:** Do diagnostyki *in vitro*

**Przechowywanie:** Od -40 do -20°C

**Ludzki marker wirusowy:**

Ta kontrola została wyprodukowana przy użyciu hodowli komórkowych z nienaruszonym wirusem HIV-2, które zostały inaktywowane promieniowaniem gamma.

**CE 2797:**

Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

**Wydanie partii:**

Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

**Zatwierdzenie:**



Zapewnienie jakości

17 JUN 2026

Data