

# Certificado de Controlo da Qualidade

<b>Descrição do produto:</b>	Optitrol NAT HIV-2
<b>Número de catálogo:</b>	NT01036
<b>Lote:</b>	10800094 (Caixa) 10800093 (Frasco)
<b>Prazo de validade:</b>	31 dez 2027
<b>Aplicação:</b>	Para utilização em diagnóstico <i>in vitro</i>
<b>Conservação:</b>	-40 °C a -20 °C
<b>Marcador viral humano:</b>	O controlo foi fabricado utilizando sobrenadante de cultura celular com VIH-2 intacto, que foi inativado por radiação gama.
<b>CE 2797:</b>	Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico <i>in vitro</i> .
<b>Lançamento do lote:</b>	O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.
<b>Aprovação:</b>	



Garantia da Qualidade

17 JUN 2026

Data