


# Kvalitetskontrollsertifikat

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Optitrol NAT HIV-2
<b>Katalognummer:</b>	NT01036
<b>Parti:</b>	10810190 (eske) 10810189 (rør)
<b>Utløpsdato:</b>	30 Apr 2028
<b>Bruksområde:</b>	Til <i>in vitro</i> -diagnostisk bruk
<b>Oppbevaring:</b>	-40 °C til -20 °C
<b>Human virusmarkør:</b>	Kontrollen ble produsert ved bruk av cellekultursupernatant med intakt HIV-2, som ble inaktivert ved gammastråling eller varmebehandling.
<b>CE 2797:</b>	Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med forordning (EU) 2017/746 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om <i>in vitro</i> -diagnostisk medisinsk utstyr.
<b>Frigivelse av parti:</b>	Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.
<b>Godkjenning:</b>	



Kvalitetssikring

25 JUN 2026

Dato