


Certificat de contrôle qualité

Description du produit :	Optitrol NAT Triplex
Numéro de référence :	NT01041
	10755865 (boîte)
N° de lot :	10755857 (flacon)
Date de péremption :	31 juillet 2027
Application :	Pour le diagnostic <i>in vitro</i>
Conservation :	≤ -20 °C
Marqueur viral humain :	Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humains traités, positifs pour l'ADN du VHB, l'ARN du VHC et l'ARN du VIH-1. Les solutions mères de VHB, VHC et VIH-1 ont été inactivées par rayonnement gamma.
CE 2797 :	Ce produit est fabriqué et distribué conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i> .
Commercialisation du lot :	Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.
Approbation :	


Assurance qualité


Date