

## Certificat de contrôle qualité

<b>Description du produit :</b>	Optitrol NAT Negative
<b>Numéro de référence :</b>	NT01052
<b>N° de lot :</b>	10809572 (Boîte) 10809571 (Flacon)
<b>Date de péremption :</b>	29 févr. 2028
<b>Application :</b>	Pour l'évaluation ou la validation des performances des DIV
<b>Conservation :</b>	-40 °C à -20 °C
<b>Marqueur viral humain :</b>	Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humains traités, négatifs pour l'ADN du VHB, l'ARN du VHC et l'ARN du VIH-1/2.
<b>CE 2797 :</b>	Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i> .
<b>Commercialisation du lot :</b>	Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.
<b>Approbation :</b>	



Assurance qualité

09 JUN 2026

Date