

## Certyfikat kontroli jako ci

**Opis produktu:** Optitrol NAT Negative

**Numer katalogowy:** NT01052

**Seria:** 10809572 (pudełko)

10809571 (fiolka)

**Data wa no ci:** 29 Lut 2028

**Zastosowanie:** Do oceny lub walidacji działania IVD

**Przechowywanie:** Od -40 do -20°C

**Ludzki marker wirusowy:** Te kontrole są przygotowywane z przetworzonego ludzkiego osocza lub surowicy ujemnej pod kątem DNA wirusa HBV, RNA wirusa HCV lub RNA wirusa HIV 1/2.

**CE 2797:** Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

**Wydanie partii:** Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

**Zatwierdzenie:**



09 JUN 2026

Zapewnienie jakości

Data