



# Certificado de Controlo da Qualidade

<b>Descrição do produto:</b>	Optitrol NAT Negative
<b>Número de catálogo:</b>	NT01052
<b>Lote:</b>	10809572 (caixa) 10809571 (frasco)
<b>Prazo de validade:</b>	29 fev. 2028
<b>Aplicação:</b>	Para avaliação ou validação do desempenho do IVD
<b>Conservação:</b>	-40 °C a -20 °C
<b>Marcador viral humano:</b>	Os controlos são preparados a partir de plasma ou soro humanos processados, negativos para ADN do VHB, ARN do VHC e ARN do VIH 1/2.
<b>CE 2797:</b>	Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico <i>in vitro</i> .
<b>Lançamento do lote:</b>	O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.
<b>Aprovação:</b>	

Garantia da qualidade

09 JUN 2026

Data