



Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol NAT Negative

Katalog Numarası: NT01052

Lot No.: 10809572 (Kutu)

10809571 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 29 Şub 2028

Uygulama: IVD performans değerlendirmesi veya doğrulaması için

Saklama: -40 °C ila -20 °C

İnsan Viral Aretisi: Kontroller, HBV DNA, HCV RNA ve HIV 1/2 RNA açısından negatif işlenmiş insan plazması veya serumundan hazırlanır.

CE 2797: Bu ürün, *in vitro* tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli 2017/746 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum: Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:

09 JUN 2026

Kalite Güvence

Tarih