

Kvalitetskontrollsertifikat

Produktbeskrivelse: Optitrol Blue

Katalognummer: SR11011

Parti: 10751985 (eske)

10751984 (rør)

Utløpsdato: 30 juni 2027

Konserveringsmiddel: Natriumazid; ProClin® 950

Bruksområde: Til *in vitro*-diagnostisk bruk


Oppbevaring: 2 til 8 °C


Human virusmarkør: Kontrollene er tilberedt fra prosessert humant plasma eller serum som er reaktive for antistoffer mot HIV-1, antistoffer mot HTLV 1, antistoffer mot HCV, antistoffer mot HBc, antistoffer mot *Treponema pallidum* og HBsAg.

CE 2797: Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med forordning (EU) 2017/746 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om *in vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr.

Frigivelse av parti: Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.

Godkjenning:


Kvalitetskontroll


Dato