

Qualitätskontrollzertifikat

Produktbeschreibung: Optitrol Blue

Katalognummer: SR11011

10751991 (Packung)

Charge:
10751990 (Fläschchen)

Verfallsdatum: 30 Juni 2027

Konservierungsmittel: Natriumazid; ProClin® 950

Anwendung: Zur *In-vitro*-Diagnostik

Lagerung: 2 bis 8 °C

**Humaner
Virusmarker:** Die Kontrollen werden aus aufbereitetem Humanplasma oder Serum hergestellt und sind reaktiv für Antikörper gegen HIV-1, Antikörper gegen HTLV-1, HCV, Antikörper gegen HBc, Antikörper gegen *Treponema pallidum* und HBsAg.

CE 2797: Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über *In-vitro*-Diagnostika hergestellt und vertrieben.

Chargenfreigabe: Die Charge wurde gemäß den gültigen Anweisungen getestet. Sie erfüllt alle erforderlichen Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.

Freigabe:

Qualitätssicherung

03 Nov 2025

Datum

/