

Certificato di Controllo qualità

Descrizione del prodotto:	Optitrol Blue
Numero di catalogo:	SR11011 10751991 (scatola)
Lotto:	10751990 (fiala)
Data di scadenza:	30 giugno 2027
Conservante:	Azoturo di sodio; ProClin® 950
Applicazione:	Per uso diagnostico <i>in vitro</i>
Conservazione:	Da 2 a 8 °C
Marcatore virale umano:	I controlli sono preparati a partire da plasma o siero umano trattato reattivo per gli anticorpi anti-HIV 1, anti-HTLV 1, anti-HCV, anti-HBc, anti- <i>Treponema pallidum</i> e anti-HBsAg.
CE 2797:	Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici diagnostici <i>in vitro</i> .
Rilascio lotto:	Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.
Approvazione:	
Verifica della qualità	 Data