

## Kvalitetskontrollsertifikat

**Produktbeskrivelse:** Optitrol Blue

**Katalognummer:** SR11011

**Parti:** 10807632 (eske)  
10807631 (rør)

**Utløpsdato:** 29 Feb 2028

**Konserveringsmiddel:** Natriumazid; ProClin® 950

**Bruksområde:** Til *in vitro*-diagnostisk bruk


**Oppbevaring:** 2 til 8 °C

**Human virusmarkør:** Kontrollene er tilberedt fra prosessert humant plasma eller serum som er reaktive for antistoffer mot HIV-1, antistoffer mot HTLV 1, antistoffer mot HCV, antistoffer mot HBc, antistoffer mot *Treponema pallidum* og HBsAg.

**CE 2797:** Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med forordning (EU) 2017/746 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om *in vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr.

**Frigivelse av parti:** Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.

**Godkjenning:**

  
Kvalitetskontroll

  
Dato