



# Kvalitetskontrollcertifikat

**Produktbeskrivning:** Optitrol Blue

**Katalognummer:** SR11011

**Lot:** 10807632 (kartong)  
10807631 (flaska)

**Utgångsdatum:** 29 febr. 2028

**Konserveringsmedel:** Natriumazid; ProClin® 950

**Applicering:** För *in vitro*-diagnostisk användning

**Förvaring:** 2 till 8 °C

**Human viral markör:** Kontrollerna prepareras från bearbetad human plasma eller serum som är reaktivt för antikroppar mot HIV-1, antikroppar mot HTLV 1, antikroppar mot HCV, antikroppar mot HBc, antikroppar mot *Treponema pallidum* och HBsAg.

**CE 2797:** Denna produkt tillverkas och distribueras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för *in vitro*-diagnostik.

**Satsutsläpp:** Partiet har testats enligt giltiga anvisningar. Det uppfyller alla nödvändiga specifikationskriterier och släpptes för försäljning.

**Godkännande:**

Kvalitetssäkrings

datum