

Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol Blue

Katalog Numarası: SR11011

Lot No.: 10807632 (Kutu)

10807631 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 29 Şub 2028

Koruyucu: Sodyum Azit; ProClin® 950

Uygulama: *In vitro* tanısal kullanım içindir


Saklama: 2 ila 8 °C

İnsan Viral İşareti: Kontroller, HIV 1 antikorları, HTLV 1 antikorları, HCV antikorları, HBc antikorları, *Treponema pallidum* ve HBsAg antikorları için reaktif işlenmiş insan plazması veya serumundan hazırlanır.

CE 2797: Bu ürün, *in vitro* tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli 2017/746 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum: Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:


Kalite Güvence



Tarih