

Certifikát kontroly kvality

Popis produktu: Optitrol Blue

Katalogové číslo: SR11013

Šarže: 10807633 (krabice)

10807631 (lahvička)

Datum expirace: 29 Úno 2028

Konzervační činidlo: Azid sodný; ProClin® 950

Použití: Pro diagnostické použití *in vitro*


Uchovávání: 2 až 8 °C

Lidský virový marker: Kontroly jsou připraveny ze zpracované lidské plazmy nebo séra reaktivního na protilátky proti HIV 1, protilátky proti HTLV 1, protilátky proti HCV, protilátky proti HBc, protilátky proti *Treponema pallidum* a na HBsAg.

CE 2797: Tento produkt se vyrábí a distribuuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*.

Uvolnění šarže: Šarže byla testována podle platných pokynů. Splňuje všechna požadovaná specifikační kritéria a byla uvolněna do prodeje.

Schválení:


Zajištění kvality



Datum