



Certificado de Controlo da Qualidade

Descrição do produto: Optitrol Blue

Número de catálogo: SR11013

Lote: 10807633 (Caixa)

10807631 (Frasco)

Prazo de validade: 29 fev. 2028

Conservante: Azida de sódio; ProClin® 950

Aplicação: Para utilização em diagnóstico *in vitro*

Conservação: 2 °C a 8 °C

Marcador viral humano:

Os controlos são preparados a partir de plasma ou soro humanos processados, reativos para anticorpos contra o VIH 1, anticorpos contra o HTLV 1, anticorpos contra o VHC, anticorpos contra o HBe, anticorpos contra o *Treponema pallidum* e o HBsAg.

CE 2797:

Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*.

Lançamento do lote:

O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.

Aprovação:

Garantia da Qualidade

Data