



Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol Yellow

Katalog Numarası: SR11021

Lot No.: 10809736 (Kutu)

10809735 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 31 Mar 2028

Koruyucu: Sodyum Azit; ProClin® 950

Uygulama: *In vitro* tanısal kullanım içindir

Saklama: 2 ila 8 °C

İnsan Viral Üretimi: Kontroller, HIV 1 antikorları, HTLV 1 antikorları, HCV antikorları, HBc antikorları, Treponema pallidum ve HBsAg antikorlarına karşı reaktif işlenmiş insan plazması veya serumundan hazırlanır.

CE 2797: Bu ürün, *in vitro* tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli 2017/746 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum: Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:

18 JUN 2026

Kalite Güvence

Tarih