Certifikát kontroly kvality

Popis produktu:	Optitrol Yellow
Katalogové číslo:	SR11023
Šarže:	10809737 (krabice) 10809735 (lahvička)
Datum exspirace:	31 Bře 2028
Konzervační činidlo:	Azid sodný; ProClin® 950
Použití:	Pro diagnostické použití *in vitro*
Uchovávání:	2 až 8 °C
Lidský virový marker:	Kontroly jsou připraveny ze zpracované lidské plazmy nebo séra reaktivního na protilátky proti HIV 1, protilátky proti HTLV 1, protilátky proti HCV, protilátky proti HBc, protilátky proti Treponema pallidum a na HBsAg.
CE 2797:	Tento produkt se vyrábí a distribuuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*.
Uvolnční šarže:	Šarže byla testována podle platných pokynů. Splňuje všechna požadovaná specifikační kritéria a byla uvolněna do prodeje.

Schválení:

Zajištění kvality

15 JUL 2026
Datum