

Certifikát kontroly kvality

Popis produktu: Optitrol HEPR-2

Katalogové číslo: SR12055

Šarže: 10755812 (krabice)

10755792 (lahvička)

Datum expirace: 31 prosinec 2026

Konzervační činidlo: Azid sodný; ProClin® 950

Použití: Pro diagnostické použití *in vitro*

Uchovávání: 2 až 8 °C

Lidský virový marker: Kontrola se připravuje ze zpracované lidské plazmy nebo séra obsahujícího protilátky IgG proti HBs, HBe, HAV a HEV. Materiál lidského původu použitý k výrobě této šarže byl testován a sledován jako negativní na HBsAg a na protilátky proti HIV 1+2 a HCV.

CE 2797: Tento produkt se vyrábí a distribuuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*.

Uvolnění šarže: Šarže byla testována podle platných pokynů. Splňuje všechna požadovaná specifikační kritéria a byla uvolněna do prodeje.

Schválení:


Zajištění kvality


Datum