

Qualitätskontrollzertifikat

Produktbeschreibung: Optitrol HEPR-2

Katalognummer: SR12055

10755812 (Packung)

Charge:
10755792 (Fläschchen)

Verfallsdatum: 31 Dezember 2026

Konservierungsmittel: Natriumazid; ProClin® 950

Anwendung: Zur *In-vitro*-Diagnostik


Lagerung: 2 bis 8 °C

Humaner Virusmarker:
Die Kontrolle wird aus aufbereitetem Humanplasma oder Serum, das IgG-Antikörper gegen HBs, HBe, HAV und HEV enthält, hergestellt. Das zur Herstellung dieser Charge verwendete Humanmaterial wurde auf HBsAg, Anti-HIV-1+2 und Anti-HCV getestet und als negativ befunden.

CE 2797:
Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über *In-vitro*-Diagnostika hergestellt und vertrieben.

Chargenfreigabe:
Die Charge wurde gemäß den gültigen Anweisungen getestet. Sie erfüllt alle erforderlichen Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.

Freigabe:



Qualitätssicherung



Datum