

Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol HEPR-2

Katalog Numarası: SR12055

Lot No.: 10755812 (Kutu)

10755792 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 31 aralık 2026

Koruyucu: Sodyum Azit; ProClin® 950

Uygulama: *In vitro* tanısal kullanım içindir


Saklama: 2 ila 8 °C

İnsan Viral İşareti: Kontrol, HBs, HBe, HAV ve HEV'ye karşı IgG antikorlu içeren işlenmiş insan plazması veya serumundan hazırlanır. Bu lotu üretmek için kullanılan insan kaynaklı materyal test edilmiş ve HBsAg, anti-HIV 1+2 ve anti-HCV açısından negatif bulunmuştur.

CE 2797: Bu ürün, *in vitro* tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 27 Ekim 1998 tarihli, 98/79/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum: Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:



Kalite Güvence



Tarih