

Certificato di Controllo qualità

Descrizione del prodotto: Optitrol HEPR-2

Numero di catalogo: SR12057

10755810 (scatola)

Lotto: 10755792 (fiala)

Data di scadenza: 31 dicembre 2026

Conservante: Azoturo di sodio; ProClin® 950

Applicazione: Per uso diagnostico *in vitro*

Conservazione: Da 2 a 8 °C

Marcatore virale umano: Il controllo è preparato a partire da plasma o siero umano trattato contenente anticorpi IgG anti-HBs, anti-HBe, anti-HAV e anti-HEV. Il materiale di origine umana usato per produrre questo lotto è stato testato ed è risultato negativo per HBsAg, anti-HIV 1+2 e anti-HCV.

CE 2797: Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità della Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 sui dispositivi medici diagnostici *in vitro*.

Rilascio lotto: Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

Approvazione:



Verifica della qualità

03 Nov 2025

Data