

Certifikát kontroly kvality

Popis produktu: Optitrol Mumps M

Katalogové číslo: SR15065

Šarže: 10756179 (krabice)
10756176 (lahvička)

Datum expirace: 30 červen 2027

Konzervační činidlo: Azid sodný; ProClin® 950

Použití: Pro diagnostické použití *in vitro*

Uchovávání: 2 až 8 °C

Lidský virový marker: Materiál lidského původu použitý k výrobě této šarže byl testován a shledán jako negativní na HBsAg a na protilátky proti HIV 1+2 a HCV.

CE 2797: Tento produkt se vyrábí a distribuuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*.

Uvolnění šarže: Šarže byla testována podle platných pokynů. Splňuje všechna požadovaná specifikační kritéria a byla uvolněna do prodeje.

Schválení:

Zajištění kvality

03. NOV 2025
Datum