

Kvalitetskontrollsertifikat

Produktbeskrivelse: Optitrol Mumps M

Katalognummer: SR15065

Parti: 10756179 (eske)
10756176 (rør)

Utløpsdato: 30 juni 2027

Konserveringsmiddel: Natriumazid; ProClin® 950

Bruksområde: Til *in vitro*-diagnostisk bruk

Oppbevaring: 2 til 8 °C

Human virusmarkør: Humant kildemateriale som er brukt til å produsere dette partiet, er testet og funnet negativt for HBsAg og HIV-1+2- og HCV-antistoffer.

CE 2797: Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med direktiv 98/79/EF fra Europaparlament og Rådet av 27. oktober 1998 om *in vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr.

Frigivelse av parti: Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.

Godkjenning:


Kvalitetskontroll


Dato