

Certificado de control de calidad

Descripción del producto: Optitrol Mumps M

Número de catálogo: SR15067

10756178 (caja)

Lote:
10756176 (vial)

Fecha de caducidad: 30 junio 2027

Conservante: Azida sódica; ProClin® 950

Aplicación: Para uso diagnóstico *in vitro*

Almacenamiento: De 2 a 8 °C

Marcador vírico humano: Se ha analizado el material de origen humano utilizado para producir este lote y se ha comprobado que es negativo para HBsAg, VIH 1+2 y anticuerpos anti-VHC.

CE 2797: Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*.

Comercialización de la partida: El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

Aprobación:


Control de Calidad

03 nov 2005

Fecha