

Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol Mumps M

Katalog Numarası: SR15067

Lot No.: 10756178 (Kutu)
10756176 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 30 haziran 2027

Koruyucu: Sodyum Azit; ProClin® 950

Uygulama: *In vitro* tanısal kullanım içindir

Saklama: 2 ila 8 °C

İnsan Viral İşareti: Bu lotu üretmek için kullanılan insan kaynaklı materyal test edilmiş ve HBsAg ve HIV 1+2 ve HCV antikorları açısından negatif bulunmuştur.

CE 2797: Bu ürün, in vitro tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 27 Ekim 1998 tarihli, 98/79/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum: Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:

Kalite Güvence

Tarih