

Kvalitetskontrollsertifikat

Produktbeskrivelse: Optitrol Mumps M

Katalognummer: SR15067

Parti: 10818838 (eske)

10818835 (rør)

Utløpsdato: 31 MAY 2028

Konserveringsmiddel: Natriumazid; ProClin® 950

Bruksområde: Til *in vitro*-diagnostisk bruk

Oppbevaring: 2 til 8 °C

Human virusmarkør: Humant kildemateriale som er brukt til å produsere dette partiet, er testet og funnet negativt for HBsAg og HIV-1+2- og HCV-antistoffer.

CE 2797: Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med forordning (EU) 2017/746 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om *in vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr.

Frigivelse av parti: Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.

Godkjenning:



27 July 2026

Kvalitetskontroll

Dato

/