

# Certificado de control de calidad

**Descripción del producto:** Optitrol Mumps M

**Número de catálogo:** SR15068

10756180 (caja)

**Lote:** 10756176 (vial)

**Fecha de caducidad:** 30 junio 2027

**Conservante:** Azida sódica; ProClin® 950

**Aplicación:** Para uso diagnóstico *in vitro*

**Almacenamiento:** De 2 a 8 °C

**Marcador vírico humano:** Se ha analizado el material de origen humano utilizado para producir este lote y se ha comprobado que es negativo para HBsAg, VIH 1+2 y anticuerpos anti-VHC.

**CE 2797:** Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

**Comercialización de la partida:** El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

**Aprobación:**

Control de Calidad

03 Nov 2025  
Fecha