

Certificato di Controllo qualità

Descrizione del prodotto:	Optitrol Chagas-1
Numero di catalogo:	SR16027
Lotto:	10806998 (scatola) 10806996 (fiala)
Data di scadenza:	31 Dic. 2028
Conservante:	Azoturo di sodio; ProClin® 950
Applicazione:	Per uso diagnostico <i>in vitro</i>
Conservazione:	Da 2 a 8 °C
Marcatore virale umano:	I controlli sono preparati a partire plasma o siero umano trattato reattivo per gli anticorpi IgG contro Trypanosoma cruzi. I materiali di origine umana usati per per produrre questo lotto sono stati testati e sono risultati negativi per gli anticorpi anti-HBsAg e anti-HIV 1+2 e anti-HCV.
CE 2797:	Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> .
Rilascio lotto:	Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.
Approvazione:	



Verifica della qualità

31 JUN 2026

Data