

KOVA-Trol® I Scheda dei valori anomalo elevato con urobilinogeno

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol I anomalo elevato con urobilinogeno
 Numero di materiale: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi sono stati determinati statisticamente in base ai dati storici e verificati periodicamente con lotti rappresentativi testati con il metodo specificato.

Test su strisce per analisi delle urine Siemens							McKesson
Analita	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,0	6,5-8,5	7,0-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,0	6,5-8,5
Proteine	100-≥2000 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥1000 mg/dl	100-300 mg/dl
Glucosio	250-2000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	250-≥1000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	250-≥1000 mg/dl	250-1000 mg/dl
Chetoni	15-160 mg/dl	15-≥80 mg/dl	15-≥80 mg/dl	40-≥160 mg/dl	15-≥80 mg/dl	15-≥160 mg/dl	15-80 mg/dl
Bilirubina	2 + - 3 +	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	1-4 mg/dl
Sangue (emoglobina)	2 + - 3 +	Piccolo - Ampio	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	Moderato - Ampio	Piccolo - Ampio	80-200 ery/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogeno	4-8 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	1,0-≥8,0 EU/dl	2-8 mg/dl
Densità relativa	1,010-1,025	1,010-1,025	1,015-1,030	1,010-1,030	1,010-1,025	1,005-1,025	1,010-1,020
Esterasi leucocitaria	1 + - 3 +	Moderato - Ampio	Piccolo - Ampio	Piccolo - Ampio	Piccolo - Ampio	Moderato - Ampio	125-500 Leu/μl
Microalbumina	N.a.	80-150 mg/l	80-150 mg/l	30-150 mg/l	N.a.	30-150 mg/l	N.a.
Creatinina	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	N.a.
A : C	N.a.	30-300 mg/g anomalo - >300 mg/g anomalo elevato			N.a.	150-≥300 mg/g	N.a.

KOVA-Trol® I Scheda dei valori anomalo elevato con urobilinogeno

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol I anomalo elevato con urobilinogeno
 Numero di materiale: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi sono stati determinati statisticamente in base ai dati storici e verificati periodicamente con lotti rappresentativi testati con il metodo specificato.

Test con strisce per analisi delle urine Roche							
Analita	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Proteine	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	150-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl
Glucosio	300-1000 mg/dl	500-1000 mg/dl	250-1000 mg/dl	300-1000 mg/dl	250->1000 mg/dl	250->1000 mg/dl	250-1000 mg/dl
Chetoni	1 + - 3 +	1 + - 3 +	15-150 mg/dl	50-150 mg/dl	15-150 mg/dl	15-150 mg/dl	15-150 mg/dl
Bilirubina	2 + - 3 +	2 + - 3 +	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl
Sangue (emoglobina)	50-250 ery/ μ l	50-250 ery/ μ l	150-250 ery/ μ l	150-250 ery/ μ l	50-250 ery/ μ l	150-250 ery/ μ l	150-250 ery/ μ l
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogeno	4-12 mg/dl	4-12 mg/dl	8-12 mg/dl	8-12 mg/dl	8- $\geq$ 12 mg/dl	8-12 mg/dl	8-12 mg/dl
Densità relativa	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,010-1,020
Esterasi leucocitaria	10-25-500 Leu/ μ l	1 + - 2 +	100-500 Leu/ μ l	100-500 Leu/ μ l	75-500 Leu/ μ l	100-500 Leu/ μ l	100-500 Leu/ μ l

KOVA-Trol® I Scheda dei valori anomalo elevato con urobilinogeno

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol I anomalo elevato con urobilinogeno
 Numero di materiale: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi indicati di seguito sono confermati per ogni lotto.

Caratteristiche fisiche e microscopiche		
Marcatore	Metodo	Intervallo
Densità relativa	Rifrattometro (digitale)	1,015-≥1,030
Osmolalità	Osmometro	200-600 mOsm/kg
pH	Misuratore di pH	6,5-8,5
Aspetto	Visivo	Trasparente - leggermente torbida
Colore	Visivo	Ambra
Conta cellulare media dei globuli rossi	Microscopia	≥15 cellule/hpf*
Conta cellulare media dei globuli bianchi	Microscopia	≥15 cellule/hpf*
Cristalli	Microscopia	Presente
Cilindri	Microscopia	<1

* Cellule per campo ad alta potenza, misurate con oculare 10X/obiettivo 40X

Test di gravidanza		
Marcatore	Metodo	Intervallo
hCG	Test urina hCG QuickVue Quidel	Negativo